bio-techne® R&D SYSTEMS

Günter Keul GmbH

AS070-014 Rev. 07/19

Tech-Cal

HEMATOLOGY CALIBRATOR

CALIBRATOR

RiliBÄK-Werte auf Anfrage

LOT **T0424**

2024-05-05

Calibration Values for ADVIA® 120, 2120 & 2120i Hematology Systems

Parameter	Calibration Values	
WBCB × 10^3/µL (BASO)	**7.60**	
WBCP × 10^3/µL (PEROX)	**7.80**	
RBC × 10^6/µL	**4.27**	
HGB g/dL	**13.0**	
MCV fL	**80.0**	
CHCM %	**39.0**	
PLT × 10^3/µL	**221**	
NEUTx %	**51.5**	**± 6.0**
NEUTy %	**80.5**	**± 5.0**

Before using, refer to the instruction sheet for mixing directions.
For technical assistance in the USA and Canada call Technical Service at (800) 523-3395.
All brands and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

R&D Systems, Inc.
614 McKinley Place NE
Minneapolis, MN 55413 USA