

# Q823 für EDAN i15 mit RiliBÄK-Werten

Charge: 415656 verwendbar bis: 2017-09

Parameter	Einheit	Level 1			Level 2			Level 3		
		Zielwert	Untergrenze	Obergrenze	Zielwert	Untergrenze	Obergrenze	Zielwert	Untergrenze	Obergrenze
pH		<b>7,146</b>	7,117	7,175	<b>7,411</b>	7,381	7,441	<b>7,589</b>	7,559	7,619
pCO <sub>2</sub>	mmHg	<b>66,9</b>	62,6	71,2	<b>40,4</b>	37,8	43,0	<b>21,8</b>	20,4	23,2
pO <sub>2</sub>	mmHg	<b>74,7</b>	66,5	82,9	<b>108,5</b>	100,9	116,1	<b>148,1</b>	140,0	156,2
NA <sup>+</sup>	mmol/L	<b>112,7</b>	109,3	116,1	<b>132,2</b>	128,2	136,2	<b>157,5</b>	152,8	162,2
K <sup>+</sup>	mmol/L	<b>1,97</b>	1,47	2,47	<b>4,37</b>	4,17	4,57	<b>6,27</b>	5,99	6,55
Cl <sup>-</sup>	mmol/L	<b>73,6</b>	70,3	76,9	<b>94,1</b>	89,9	98,3	<b>120,5</b>	115,1	125,9
Ca <sup>++</sup>	mmol/L	<b>1,52</b>	1,41	1,63	<b>1,16</b>	1,07	1,25	<b>0,57</b>	0,49	0,65
Glu	mmol/L	<b>4,42</b>	3,93	4,91	<b>10,77</b>	9,59	11,95	<b>15,54</b>	13,83	17,25
Lac	mmol/L	<b>0,66</b>	0,16	1,16	<b>2,47</b>	2,20	2,74	<b>6,43</b>	5,72	7,14