



Günter Keul GmbH
 Von-Langen-Weg 10
 D-48565 Steinfurt
 Tel.: 02551 / 2097 Fax.: 02551 / 80883

R&D Glu/Hgb



**Hämatologische
 Vollblutkontrolle**

LOT

GH0825



2025-11-10

Werte nach RiliBÄK

		(Niedrig)		(Normal)		(Hoch)	
		LOT	GH08251	LOT	GH08252	LOT	GH08253
Instrument:		Zielwert	Wertebereich	Zielwert	Wertebereich	Zielwert	Wertebereich
HemoCue® Hb 201+	mg/dL	5,0	4,8 - 5,2	12,7	12,2 - 13,2	15,2	14,6 - 15,8
	g/L	50	48 - 52	127	122 - 132	152	146 - 158
	mmol/L	3,1	3,0 - 3,2	7,9	7,6 - 8,2	9,4	9,0 - 9,8
HemoCue® Glucose 201	mg/dL	50	45 - 56	95	85 - 105	348	310 - 386
	g/L	0,50	0,45 - 0,56	0,95	0,85 - 1,05	3,48	3,10 - 3,86
	mmol/L	2,8	2,5 - 3,1	5,3	4,7 - 5,9	19,3	17,2 - 21,4

V2301

Die angebrochenen Flaschen können sowohl bei 15° - 30°C Raumtemperatur, als auch im Kühlschrank bei 2°-8°C gelagert werden und sind angebrochen 30 Tage lang haltbar. Ungeöffnete Flaschen sollten im Kühlschrank bei 2°-8°C bis zum angegebenen Verfalldatum gelagert werden!



Bio-techne SAS - 19 Rue Louis Delourmel 35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE



R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413 .