

Les valeurs cibles doivent être téléchargées à l'adresse suivante : <https://www.eurocelldiag.com/QC/fr>

The assay values must be downloaded at the following address : <https://www.eurocelldiag.com/QC/fr>

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES RiliBÄK
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS RiliBÄK

QCP Data Months : **December, January**
Mois de Contrôle : **Décembre, Janvier**

LOT **26020801/2/3**
 **2026-04-05**

Instrument : SYSMEX XN-Series / XN-9000 *										
Parameter / Paramètre		CONTROL		L	CONTROL		N	CONTROL		H
		LOT		6020801	LOT		26020802	LOT		6020803
		Mean Cibles	± Limites	Mean Cibles	± Limites	Mean Cibles	± Limites			
WBC/GB	103/µL & 109/L	3,75	± 0,24	7,35	± 0,48	19,60	± 1,27			
WBC-D/GB-D	103/µL & 109/L	3,85	± 0,25	7,95	± 0,52	20,20	± 1,31			
RBC/GR	106/µL & 1012/L	2,18	± 0,09	4,49	± 0,18	5,63	± 0,23			
Hgb	g/dL	5,9	± 0,2	13,3	± 0,5	17,9	± 0,7			
	g/L	59	± 2,4	133	± 5,3	179	± 7,2			
	mmol/L	3,7	± 0,1	8,3	± 0,3	11,1	± 0,4			
Hct	%	17,7	± 0,9	39,1	± 2,0	52,1	± 2,6			
	0 L/L	0,177	± 0,009	0,391	± 0,020	0,521	± 0,026			
MCV/VGM	fL	81,0	± 5,0	87,0	± 5,0	92,5	± 5,0			
MCH/TCMH	pg	27,1	± 2,5	29,6	± 2,5	31,8	± 2,5			
	0 fmol	1,7	± 0,2	1,8	± 0,2	2,0	± 0,2			
MCHC/CCMH	g/dL	33,4	± 3,0	34,0	± 3,0	34,4	± 3,0			
	g/L	334	± 30	340	± 30	344	± 30			
	mmol/L	20,9	± 1,9	21,2	± 1,9	21,3	± 1,9			
RDW/IDR-SD	fL	52,0	± 10,0	47,0	± 10,0	51,0	± 10,0			
RDW/IDR-CV	%	18,0	± 5,0	15,0	± 5,0	15,0	± 5,0			
Plt	103/µL & 109/L	48	± 6	197	± 17	397	± 30			
MPV/VPM	fL	9,5	± 3,0	9,0	± 3,0	8,5	± 3,0			
NEUT#	103/µL & 109/L	2,18	± 0,38	3,71	± 0,73	10,98	± 1,96			
LYMPH#	103/µL & 109/L	0,53	± 0,34	1,91	± 0,66	4,12	± 1,77			
MONO#	103/µL & 109/L	0,36	± 0,36	0,48	± 0,48	0,88	± 0,88			
EO#	103/µL & 109/L	0,53	± 0,34	0,92	± 0,66	2,74	± 1,76			
BASO#	103/µL & 109/L	0,17	± 0,17	0,33	± 0,33	0,88	± 0,88			
NEUT%	%	58,0	± 10,0	50,5	± 10,0	56,0	± 10,0			
LYMPH%	%	14,0	± 9,0	26,0	± 9,0	21,0	± 9,0			
MONO%	%	9,5	± 9,5	6,5	± 6,5	4,5	± 4,5			
EO%	%	14,0	± 9,0	12,5	± 9,0	14,0	± 9,0			
BASO%	%	4,5	± 4,5	4,5	± 4,5	4,5	± 4,5			
NRBC#	103/µL & 109/L	0,15	± 0,15	0,07	± 0,07	0,98	± 0,98			
NRBC%	%	4,0	± 4,0	1,0	± 1,0	5,0	± 5,0			
RET% (1)	%	0,50	± 0,50	0,80	± 0,80	1,00	± 1,00			
RET# (1)	106/µL & 1012/L	0,0109	± 0,0109	0,0359	± 0,0359	0,0563	± 0,0563			
IRF (1)	%	20,0	± 20,0	20,0	± 20,0	20,0	± 20,0			
RET-He (1)	pg	30,0	± 20,0	30,0	± 20,0	30,0	± 20,0			

The parameters with assay values listed below are provided to allow for quality control testing of your instrument only.
Les paramètres avec valeurs cibles ci-dessous sont fournis pour vous permettre d'effectuer le contrôle de qualité de votre appareil uniquement.
These parameters are defined by the FDA as "For research only. Not for use in diagnostic procedures".
Ces paramètres sont définis par la FDA "Pour utilisation en recherche seulement. Ne pas utiliser pour des procédés de diagnostic".

Les paramètres sont définis par la PFI 4. Pour utilisation en laboratoire seulement. Ne pas utiliser pour des procédés de diagnostic.							
		NA		NA		NA	
Plt-O	103/µL & 109/L	56	± 38	218	± 65	400	± 85
Plt-F	103/µL & 109/L	0,05	± 0,05	0,18	± 0,07	0,34	± 0,11
Pct	%	0,5	± 0,5	1,8	± 0,7	3,4	± 1,1
	0 mL/L	9,5	± 5,0	9,5	± 5,0	9,0	± 5,0
PDW/IDP	fL	23,0	± 20,0	20,0	± 20,0	20,0	± 20,0
P-LCR/RGC	%	19,5	± 15,0	19,5	± 15,0	19,5	± 15,0
IPF	%	0,54	± 0,19	0,92	± 0,37	2,74	± 0,98
IG#	103/µL & 109/L	14,5	± 5,0	12,5	± 5,0	14,0	± 5,0
IG%	%	2,17	± 0,30	4,42	± 0,50	5,55	± 0,60
RBC/GR-O	106/µL & 1012/L	80,0	± 20,0	80,0	± 20,0	80,0	± 20,0
LFR (1)	%	14,0	± 14,0	14,0	± 14,0	14,0	± 14,0
MRF (1)	%	6,0	± 6,0	6,0	± 6,0	6,0	± 6,0
HFR (1)	%						

* CBC-XN must be analyzed in the instrument Quality Control mode.

* Le CBC-XN doit être analysé en mode Contrôle de Qualité.

(1) Assay values provided by Bio-technie®, France. Valeurs fournies par Bio-technie®, France.

Occasionally leukocyte cell populations are incorrectly identified. If this occurs, rerun the sample.

De temps en temps, les populations de leucocytes peuvent être incorrectement identifiées. Si cela arrive, analyser de nouveau l'échantillon.



Bio-technie® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE
R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413



AV0XC00-V02 05/2022