



**Günter Keul GmbH**  
Von-Langen-Weg 10  
D-48565 Steinfurt  
Tel.: 02551 / 2097 Fax.: 02551 / 80883

# R&D Glu/Hgb



**Hämatologische  
Vollblutkontrolle**



**GH0226**



**2026-05-10**

*Werte nach RiliBÄK*

		(Niedrig)		(Normal)		(Hoch)	
		LOT	GH02261	LOT	GH02262	LOT	GH02263
<b>Instrument:</b>		Ziel- wert	Wertebereich	Ziel- wert	Wertebereich	Ziel- wert	Wertebereich
<b>HemoCue® Hb 201+</b>	mg/dL g/L mmol/L	5,0 50 3,1	4,8 - 5,2 48 - 52 3,0 - 3,2	12,7	12,2 - 13,2	15,2	14,6 - 15,8
<b>HemoCue® Glucose 201</b>	mg/dL g/L mmol/L	50 0,50 2,8	45 - 56 0,45 - 0,56 2,5 - 3,1	95	85 - 105	348	310 - 386
				0,95	0,85 - 1,05	3,48	3,10 - 3,86
				5,3	4,7 - 5,9	19,3	17,2 - 21,4

V2301

Die angebrochenen Flaschen können sowohl bei 15° - 30°C Raumtemperatur, als auch im Kühlschrank bei 2°-8°C gelagert werden und sind angebrochen 30 Tage lang haltbar.  
Ungeöffnete Flaschen sollten im Kühlschrank bei 2°-8°C bis zum angegebenen Verfalldatum gelagert werden!



Bio-techne SAS - 19 Rue Louis Delourmel 35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE



R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413 .