



Günter Keul GmbH
 Von-Langen-Weg 10
 D-48565 Steinfurt
 Tel.: 02551 / 2097 Fax.: 02551 / 80883

Micr-o-trol CRP C

CONTROL

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
 Wertebblatt und Wertebereich

LOT B0526C

2026-08-05

CBC-3D+CRP

Instruments :														
Instrument	Parameter / Paramètre		CONTROL		CONTROL		CONTROL							
			L		N		H							
			LOT		Low B0526CL		LOT		Normal B0526CN		LOT		High B0526CH	
			Mean	Limit	Mean	Limit	Mean	Limit	Mean	Limit				
		Zielwert	Bereich	Zielwert	Bereich	Zielwert	Bereich	Zielwert	Bereich					
MICROS CRP Series	WBC/Leuko	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	2.2	0,4	7.5	± 1,0	19.5	± 2,2						
	RBC/Ery	10 ⁶ /μL & 10 ¹² /L	2.26	0,15	4.69	± 0,18	5.59	± 0,25						
MICROSEMI LC-667	Hgb	g/dL	5.9	0,4	13.7	± 0,5	17.5	± 0,7						
	Hct	%	16.5	2,0	38.5	± 2,5	49.0	± 3,0						
ZYBIO Z3 CRP	MCV/VGM	fL	73.0	5,0	82.1	± 5,0	87.7	± 5,0						
	RDW/IDR	%	14.8	5,0	14.1	± 5,0	14.5	± 5,0						
ZYBIO Z3 CRP	Plt/Thrombo	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	73	20	263	± 40	478	± 70						
	MPV/VPM	fL	7.6	2,0	7.7	± 2,0	7.4	± 2,0						
	LYM%	%	66.2	10,0	32.6	± 8,0	14.6	± 6,0						
	MID%	%	6.7	6,8	6.1	± 5,0	3.6	± 3,0						
	GRA%	%	27.1	8,0	61.3	± 8,0	81.8	± 7,0						
	CRP	mg/dL	0.93	0,30	2.48	± 1,20	4.80	± 2,20						

IVD



EC REP

Bio-techn® - 19 Rue Louis Delourmel
 35230 NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE



R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413