

LOT

FC0726-4L



2026-08-05

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

QCP Data Month : **July**

Mois de Contrôle : **Juillet**

WBC/ μ L **3.717**

Lymphocytes/ μ L **1.282**

Lymphocyte % **34,5**

Phenotype Phénotype Phanotyp	% Total Lymphocytes (Range) % Lymphocytes totaux (Limites) % Gesamt-Lymphozyten (Bereich)	Number/ μ L (Range) Nombre/ μ L (Limites) Anzahl/ μ L (Bereich)
CD3+	57,2 (47,2 - 67,2)	733,3 (572,0 - 894,6)
CD3+/CD4+	11,7 (7,7 - 15,7)	150,0 (90,0 - 210,0)
CD3+/CD8+	40,1 (33,1 - 47,1)	514,1 (376,8 - 651,3)
CD19+	19,6 (13,6 - 25,6)	251,3 (157,5 - 345,0)
CD3-/CD16+56+*	20,6 (15,6 - 25,6)	264,1 (195,7 - 332,5)

* These values were derived using the reagents listed below. Slight differences in cell counts may be obtained with antibodies from different sources.

Ces valeurs sont obtenues avec les réactifs cités ci-dessous. De légères différences dans les comptages de cellules peuvent être obtenues avec des anticorps de sources différentes.

Antibody (Fluorochrome) / Anticorps (Fluorochrome)

CD3 / CD8 / CD45 / CD4 (FITC / PE / PerCP / APC)

CD3 / CD16+CD56 / CD45 / CD19 (FITC / PE / PerCP / APC)

Manufacturer / Fabricant

Becton Dickinson

Becton Dickinson



IVD



EC

REP

Bio-techne® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE



R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413