

CBC-7


R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413 .
Bio-technie® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 NOYAL CHATILLON / SEICHE

RiliBÄK-Werte

Wertebblatt
LOT

R0826
Analysensysteme : Dr. Lange-Photometer und folgende
05. Nov 26

Photometer			Parameter / Paramètre		Niedrig		Normal		Hoch	
					LOT	R08261	LOT	R08262	LOT	R08263
					Mean Mittelwert	Range Bereich	Mean Mittelwert	Range Bereich	Mean Mittelwert	Range Bereich
Miniphotometer, LP2	Ery/RBC/GR	10 ⁶ /µL&10 ¹² /L	2,20	2,11 – 2,29	4,55	4,37 – 4,73	5,80	5,51 – 6,03		
	Hct	%	14,5	13,8 – 15,2	34,5	32,8 – 36,2	47,5	51,8 – 49,9		
		L/L	0,145	0,138 – 0,152	0,345	0,328 – 0,362	0,475	0,456 – 0,494		
	Hb/Hgb	g/dL	6,2	6,0 – 6,4	14,1	13,5 – 14,7	19,1	17,0 – 19,9		
		g/L	62	60 – 64	141	135 – 147	191	183 – 199		
		mmol/L	3,85	3,70 – 4,00	8,76	8,41 – 9,11	11,86	11,39 – 12,33		
Mini 8, 8 plus, LP20 mit 546nm	Ery/RBC/GR	10 ⁶ /µL&10 ¹² /L	2,19	2,10 – 2,28	4,56	4,38 – 4,74	5,75	5,52 – 5,98		
	Hct	%	14,6	13,9 – 15,3	34,8	33,1 – 36,5	47,7	45,3 – 50,1		
		L/L	0,146	0,139 – 0,153	0,348	0,331 – 0,365	0,477	0,453 – 0,501		
	Hb/Hgb	g/dL	6,2	6,0 – 6,4	14,1	13,5 – 14,7	19,3	18,5 – 20,1		
		g/L	62	60 – 64	141	135 – 147	193	185 – 201		
		mmol/L	3,84	3,69 – 4,00	8,74	8,39 – 9,09	11,97	11,49 – 12,44		
LP20 mit Filter 520nm	Ery/RBC/GR	10 ⁶ /µL&10 ¹² /L	2,19	2,10 – 2,28	4,57	4,39 – 4,75	5,84	5,61 – 6,07		
	Hct	%	15,0	14,3 – 15,8	34,5	32,8 – 36,2	47,6	45,2 – 50,0		
		L/L	0,150	0,143 – 0,158	0,345	0,328 – 0,362	0,476	0,452 – 0,500		
	Hb/Hgb	g/dL	6,2	6,0 – 6,4	14,1	13,5 – 14,7	19,1	18,3 – 19,9		
		g/L	62	60 – 64	141	135 – 147	191	183 – 199		
		mmol/L	3,84	3,69 – 4,00	8,74	8,39 – 9,09	11,84	11,37 – 12,32		
LP300/S, LP 400 LP450, LP 700, LP800	Ery/RBC/GR	10 ⁶ /µL&10 ¹² /L	2,22	2,13 – 2,31	4,51	4,33 – 4,69	5,82	5,59 – 6,05		
	Hct	%	14,0	13,3 – 14,7	34,8	33,1 – 36,5	47,9	45,5 – 50,3		
		L/L	0,140	0,133 – 0,147	0,348	0,331 – 0,365	0,479	0,455 – 0,503		
	Hb/Hgb	g/dL	6,2	6,0 – 6,4	14,1	13,5 – 14,7	19,0	18,2 – 19,8		
		g/L	62	60 – 64	141	135 – 147	190	182 – 198		
		mmol/L	3,84	3,69 – 4,00	8,74	8,39 – 9,09	11,78	11,31 – 12,25		
LP 6, LP 6A/S Assistent MP-A20 Riele alle Typen	Ery/RBC/GR	10 ⁶ /µL&10 ¹² /L	2,22	2,13 – 2,31	4,57	4,39 – 4,75	5,82	5,59 – 6,05		
	Hct	%	14,0	13,3 – 14,7	34,5	32,8 – 36,2	47,2	44,8 – 49,6		
		L/L	0,140	0,133 – 0,147	0,345	0,328 – 0,362	0,472	0,448 – 0,496		
	Hb/Hgb	g/dL	6,2	6,0 – 6,4	14,2	13,6 – 14,8	19,1	18,3 – 19,9		
		g/L	62	60 – 64	142	136 – 148	191	183 – 199		
		mmol/L	3,84	3,69 – 4,00	8,80	8,45 – 9,16	11,84	11,37 – 12,32		
Diaglobal	Ery/RBC/GR	10 ⁶ /µL&10 ¹² /L	2,20	2,11 – 2,29	4,54	4,36 – 4,72	5,79	5,56 – 6,02		
	Hct	%	14,5	13,8 – 15,2	34,5	32,8 – 36,2	47,8	45,4 – 50,2		
		L/L	0,145	0,138 – 0,152	0,345	0,328 – 0,362	0,478	0,454 – 0,502		
	Hb/Hgb	g/dL	6,2	6,0 – 6,4	14,0	13,4 – 14,6	19,1	18,3 – 19,9		
		g/L	62	60 – 64	140	134 – 146	191	183 – 199		
		mmol/L	3,84	3,69 – 4,00	8,68	8,33 – 9,03	11,84	11,37 – 12,32		
Veri-Q Red	Hct	%	14,5	13,8 – 15,2	34,5	32,8 – 36,2	47,8	45,4 – 50,2		
		L/L	0,145	0,138 – 0,152	0,345	0,328 – 0,362	0,478	0,454 – 0,502		
	Hb/Hgb	g/dL	6,2	6,0 – 6,4	14,0	13,4 – 14,6	19,1	18,3 – 19,9		
		g/L	62	60 – 64	140	134,4 – 145,6	191	183 – 199		
		mmol/L	3,84	3,69 – 4,00	8,68	8,3 – 9,0	11,84	11,37 – 12,32		
URIT 12	Hb/Hgb	g/dL	6,2	6,0 – 6,4	14,1	13,5 – 14,7	19,0	18,2 – 19,8		
		g/L	62	60 – 64	141	135 – 147	190	182 – 198		
		mmol/L	3,84	3,69 – 4,00	8,74	8,39 – 9,09	11,78	11,309 – 12,25		
Compur/Bayer Readytest- Miniphotometer	Hb/Hgb	g/dL	6,2	6,0 – 6,4	14,1	13,5 – 14,7	18,9	18,1 – 19,7		
		g/L	62	60 – 64	141	135 – 147	189	181 – 197		
		mmol/L	3,84	3,69 – 4,00	8,74	8,39 – 9,09	11,72	11,249 – 12,19		
LUX MultiCheck	Hb/Hgb	g/dL	6,2	6,0 – 6,4	14,2	13,6 – 14,8	19,2	18,4 – 20,0		
		g/L	62	60 – 64	142	136 – 148	192	184 – 200		
		mmol/L	3,84	3,69 – 4,00	8,80	8,45 – 9,16	11,90	11,428 – 12,38		