



Günter Keul GmbH
Von-Langen-Weg 10
D-48565 Steinfurt
Tel.: 02551 / 2097 Fax.: 02551 / 80883

R&D Glu/Hgb

CONTROL

**Hämatologische
Vollblutkontrolle**

LOT

GH0926



2026-12-10

Werte nach RiliBÄK

		(Niedrig)		(Normal)		(Hoch)	
		LOT	GH09261	LOT	GH09262	LOT	GH09263
Instrument:		Zielwert	Wertebereich	Zielwert	Wertebereich	Zielwert	Wertebereich
HemoCue® Hb 201+	mg/dL	4,9	4,7 - 5,1	12,7	12,2 - 13,2	15,2	14,6 - 15,8
	g/L	49	47 - 51	127	122 - 132	152	146 - 158
	mmol/L	3,0	2,9 - 3,1	7,9	7,6 - 8,2	9,4	9,0 - 9,8
HemoCue® Glucose 201	mg/dL	55	49 - 61	105	93 - 117	330	294 - 366
	g/L	0,55	0,49 - 0,61	1,05	0,93 - 1,17	3,30	2,94 - 3,66
	mmol/L	3,1	2,8 - 3,4	5,8	5,2 - 6,4	18,3	16,3 - 20,3

V2301

Die angebrochenen Flaschen können sowohl bei 15° - 30°C Raumtemperatur, als auch im Kühlschrank bei 2°-8°C gelagert werden und sind angebrochen 30 Tage lang haltbar.
Ungeöffnete Flaschen sollten im Kühlschrank bei 2°-8°C bis zum angegebenen Verfalldatum gelagert werden!

EC

REP



IVD



Bio-techne SAS - 19 Rue Louis Delourmel 35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE



R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413 .