

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES RiliBÄK
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS RiliBÄK

LOT 26100801/2/3



2026-12-05

QCP Data Months : December, January

Mois de Contrôle : Décembre, Janvier

Instrument : SYSMEX XN-Series / XN-9000 *													
Parameter / Paramètre		CONTROL			L	CONTROL			N	CONTROL			H
		LOT		26100801	LOT		26100802	LOT		26100803			
		Mean	±	Limit	Mean	±	Limit	Mean	±	Limit			
		Cibles		Limites	Cibles		Limites	Cibles		Limites			
WBC/GB	103/µL & 109/L	3,80	±	0,25	7,20	±	0,47	19,15	±	1,24			
WBC-D/GB-D	103/µL & 109/L	3,90	±	0,25	7,45	±	0,48	19,65	±	1,28			
RBC/GR	106/µL & 1012/L	2,26	±	0,09	4,56	±	0,18	5,69	±	0,23			
Hgb	g/dL	6,2	±	0,2	13,5	±	0,5	17,9	±	0,7			
	g/L	62	±	2,5	135	±	5,4	179	±	7,2			
	mmol/L	3,9	±	0,2	8,4	±	0,3	11,1	±	0,4			
Hct	%	18,2	±	0,9	40,1	±	2,0	53,8	±	2,7			
	0 L/L	0,182	±	0,009	0,401	±	0,020	0,538	±	0,027			
MCV/VGM	fL	80,5	±	5,0	88,0	±	5,0	94,5	±	5,0			
MCH/TCMH	pg	27,4	±	2,5	29,6	±	2,5	31,5	±	2,5			
	0 fmol	1,7	±	0,2	1,8	±	0,2	2,0	±	0,2			
MCHC/CCMH	g/dL	34,1	±	3,0	33,6	±	3,0	33,3	±	3,0			
	g/L	341	±	30	336	±	30	333	±	30			
	mmol/L	21,4	±	1,9	20,9	±	1,9	20,6	±	1,9			
RDW/IDR-SD	fL	53,0	±	10,0	50,0	±	10,0	50,5	±	10,0			
RDW/IDR-CV	%	18,5	±	5,0	16,0	±	5,0	16,0	±	5,0			
Plt	103/µL & 109/L	51	±	7	196	±	17	412	±	31			
MPV/VPM	fL	8,8	±	3,0	8,0	±	3,0	7,8	±	3,0			
NEUT#	103/µL & 109/L	2,22	±	0,38	3,53	±	0,72	10,53	±	1,91			
LYMPH#	103/µL & 109/L	0,57	±	0,34	2,05	±	0,65	4,31	±	1,72			
MONO#	103/µL & 109/L	0,29	±	0,29	0,47	±	0,47	0,86	±	0,86			
EO#	103/µL & 109/L	0,53	±	0,34	0,83	±	0,65	2,59	±	1,73			
BASO#	103/µL & 109/L	0,19	±	0,19	0,32	±	0,32	0,86	±	0,86			
NEUT%	%	58,5	±	10,0	49,0	±	10,0	55,0	±	10,0			
LYMPH%	%	15,0	±	9,0	28,5	±	9,0	22,5	±	9,0			
MONO%	%	7,5	±	7,5	6,5	±	6,5	4,5	±	4,5			
EO%	%	14,0	±	9,0	11,5	±	9,0	13,5	±	9,0			
BASO%	%	5,0	±	5,0	4,5	±	4,5	4,5	±	4,5			
NRBC#	103/µL & 109/L	0,17	±	0,17	0,07	±	0,07	1,34	±	1,34			
NRBC%	%	4,5	±	4,5	1,0	±	1,0	7,0	±	7,0			
RET% (1)	%	0,50	±	0,50	0,80	±	0,80	1,00	±	1,00			
RET# (1)	106/µL & 1012/L	0,0113	±	0,0113	0,0365	±	0,0365	0,0569	±	0,0569			
IRF (1)	%	20,0	±	20,0	20,0	±	20,0	20,0	±	20,0			
RET-He (1)	pg	30,0	±	20,0	30,0	±	20,0	30,0	±	20,0			

The parameters with assay values listed below are provided to allow for quality control testing of your instrument only.

Les paramètres avec valeurs cibles ci-dessous sont fournis pour vous permettre d'effectuer le contrôle de qualité de votre appareil uniquement.

These parameters are defined by the FDA as "For research only. Not for use in diagnostic procedures".

Ces paramètres sont définis par la FDA "Pour utilisation en recherche seulement. Ne pas utiliser pour des procédés de diagnostic".

Plt-O	103/μL & 109/L	NA	NA	NA
Plt-F	103/μL & 109/L	50 ± 38	204 ± 65	407 ± 85
Pct	%	0,05 ± 0,05	0,15 ± 0,07	0,32 ± 0,11
	0 mL/L	0,5 ± 0,5	1,5 ± 0,7	3,2 ± 1,1
PDW/IDP	fL	8,5 ± 5,0	7,5 ± 5,0	8,0 ± 5,0
P-LCR/RGC	%	20,0 ± 20,0	20,0 ± 20,0	20,0 ± 20,0
IPF	%	20,0 ± 15,0	19,5 ± 15,0	19,5 ± 15,0
IG#	103/μL & 109/L	0,57 ± 0,19	0,86 ± 0,36	2,68 ± 0,96
IG%	%	15,0 ± 5,0	12,0 ± 5,0	14,0 ± 5,0
RBC/GR-O	106/μL & 1012/L	2,24 ± 0,30	4,48 ± 0,50	5,67 ± 0,60
LFR (1)	%	80,0 ± 20,0	80,0 ± 20,0	80,0 ± 20,0
MRF (1)	%	14,0 ± 14,0	14,0 ± 14,0	14,0 ± 14,0
HRF (1)	%	6,0 ± 6,0	6,0 ± 6,0	6,0 ± 6,0

* CBC-XN must be analyzed in the instrument Quality Control mode.

* Le CBC-XN doit être analysé en mode Contrôle de Qualité.

(1) Assay values provided by Bio-techne®, France. Valeurs fournies par Bio-techne®, France.

Occasionally leukocyte cell populations are incorrectly identified. If this occurs, rerun the sample.

De temps en temps, les populations de leucocytes peuvent être incorrectement identifiées. Si cela arrive, analyser de nouveau l'échantillon.