Günter Keul GmbH

CBC-3D

CONTROL

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

RiliBÄK **Werteblatt**

LOT **B1126**

2027-02-05

Applicable Instruments	Parameter	Unit	LOT	B1126L		LOT	B1126N		LOT	B1126H	
Keul	**WBC**	$\times 10^9$/L	**2,05**	±	0,13	**8,07**	±	0,52	**21,83**	±	1,42
Hem-o-test	Lym%	%	**61,2**	±	9	**29,8**	±	8	**13,4**	±	0
3600	Gran%	%	**28,1**	±	9	**60,1**	±	8	**80,3**	±	0
	Mid%	%	**10,7**	±	10	**10,1**	±	6	**6,3**	±	0
DYMIND	Lym#	$\times 10^9$/L	**1,25**	±	0,3	**2,4**	±	0,7	**2,92**	±	0
DH31 DH33 DH36	Gran#	$\times 10^9$/L	**0,58**	±	0,3	**4,85**	±	0,7	**17,53**	±	0
(Technical File Version A5,0 or higher)	Mid#	$\times 10^9$/L	**0,22**	±	0,2	**0,82**	±	0,5	**1,38**	±	0
	RBC	$\times 10^{12}$/L	**2,3**	±	0,09	**4,67**	±	0,19	**5,8**	±	0,23
DH31 Vet DH36 Vet	**HGB**	g/L	**58**	±	2,32	**137**	±	5,48	**189**	±	7,56
(Technical File Version A1,0 to A4,0)	**HCT**	%	**19,2**	±	0,96	**44,1**	±	2,21	**58,6**	±	2,93
	MCV	fL	**83,6**	±	5	**94,4**	±	5	**101,1**	±	0
	MCH	pg	**25,2**	±	2,5	**29,3**	±	2,5	**32,6**	±	0
	MCHC	g/L	**302**	±	30	**311**	±	30	**323**	±	0
	RDW-CV	%	**18,3**	±	3	**18**	±	3	**18,2**	±	0
	RDW-SD	fL	**51,8**	±	8	**57,9**	±	8	**60,6**	±	0
	PLT	$\times 10^9$/L	**70**	±	9	**253**	±	22	**521**	±	39
	MPV	fL	**8,5**	±	3	**8,8**	±	3	**8,5**	±	0
	PDW	fL	**10,6**	±	3	**10,9**	±	3	**10,4**	±	0
	PCT	%	**0,06**	±	0,05	**0,223**	±	0,2	**0,443**	±	0
	P-LCR	%	**18,6**	±	10	**18,6**	±	10	**17,7**	±	0
	P-LCC	$\times 10^9$/L	**13**	±	10	**47**	±	25	**92**	±	0
	PDW	/	**16**	±	3	**16,2**	±	3	**15,9**	±	0

EC REP

IVD

Bio-techne® - 19 Rue Louis Delourmel

35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE

R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413