R&D systems
a bio-techne brand

Günter Keul GmbH

FETALtrol™

HEMATOLOGY CONTROLS

CONTROL




LOT **F26-04**

2027-01-15

VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS
ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Mois de contrôle: **Octobre, Novembre, Décembre**
QCP Data months: **October, November, December**

Methods / Méthodes * :

Parameter/Paramètre		CONTROL 1 LOT F26-04N *Level 1 (Green)* *Niveau 1 (Vert)* Assay values and expected ranges Valeurs cibles et intervalle de variation	CONTROL 2 LOT F26-04L *Level 2 (Blue)* *Niveau 2 (Bleu)* Assay values and expected ranges Valeurs cibles et intervalle de variation	CONTROL 3 LOT F26-04H *Level 3 (Red)* *Niveau 3 (Rouge)* Assay values and expected ranges Valeurs cibles et intervalle de variation
Caltag™ (Flow Cytometry / Cytométrie en Flux) **Fetal Hemoglobin Test** **Recherche de l'hémoglobine Foetale**	% Fetal Cells / % Cellules fœtales	 **0,00 - 0,06**	 **0,04 - 0,26**	 **0,75 - 2,25**
Flow Cytometer **Cytométrie en Flux**	% Fetal Cells / % Cellules fœtales	**0,00 - 0,06**	**0,04 - 0,26**	**0,75 - 2,25**
Sure-Tech™ (K-B Manual) Fetal Hemoglobin Stain **Réactif Sure-Tech™** **Test de Kleihauer** **Méthode manuelle**	% Fetal Cells / % Cellules fœtales	**0,00 - 0,06**	**0,05 - 0,45**	**0,85 - 2,55**

*** Interlaboratory comparison : The expected result should be reported in % Fetal Cells on CBC-Monitor Website.**

*** Comparaison inter-laboratoires : Le résultat doit impérativement être reporté en % de cellules fœtales sur le site CBC-Monitor.**

EC REP

Bio-techne® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE

R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413 .

IVD CE

AV0FT00-V03 10/2019