Günter Keul GmbH
Von-Langen-Weg 10
D-48565 Steinfurt
Tel.: 02551 / 2097 Fax.: 02551 / 80883

Micr-o-trol CRP C

CONTROL

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
Werteblatt und Wertebereich

LOT B1126C

2027-02-05

CBC-3D+CRP

Instruments :

Instrument	Parameter / Paramètre		CONTROL L LOT B1126CL Mean Zielwert	Limit Bereich	CONTROL N LOT B1126CN Mean Zielwert		Limit Bereich	CONTROL H LOT B1126CH Mean Zielwert		Limit Bereich
	WBC/Leuko	$10^3/\mu L$ & $10^9/L$	2.0	0,4	7.5	±	1,0	19.5	±	2,2
	RBC/Ery	$10^6/\mu L$ & $10^{12}/L$	2.28	0,15	4.50	±	0,18	5.58	±	0,25
MICROS CRP Series	Hgb	g/dL	6.3	0,4	13.6	±	0,5	18.0	±	0,7
	Hct	%	17.2	2,0	37.9	±	2,5	49.7	±	3,0
MICROSEMI LC-667	MCV/VGM	fL	75.2	5,0	84.3	±	5,0	89.2	±	5,0
	RDW/IDR	%	15.0	5,0	14.1	±	5,0	14.5	±	5,0
ZYBIO Z3 CRP	Plt/Thrombo	$10^3/\mu L$ & $10^9/L$	79	20	239	±	40	469	±	70
	MPV/VPM	fL	8.0	2,0	7.7	±	2,0	7.4	±	2,0
	LYM%	%	62.3	10.0	33.4	±	8.0	14.7	±	6.0
	MID%	%	9.5	6.8	7.4	±	5.0	4.3	±	3.0
	GRA%	%	28.2	8.0	59.2	±	8,0	81.0	±	7,0
	CRP	mg/dL	0.95	0,30	2.63	±	1,20	4.73	±	2,20

IVD CE

EC REP

Bio-techne® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE

R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413